

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA

À SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR POMPEU/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023

Identificação do licitante:

- **Razão Social:** LOCMED HOSPITALAR LTDA
- **CNPJ:** 04.238.951/0001-54;
- **Inscrição Estadual:** 06.685.718-0;
- **Inscrição Municipal:** 186.141-7;
- **Endereço completo:** Rua Herbene, 425, Messejana, Fortaleza, Ceará, CEP: 60.842-120;
- **Telefone/Celular:** (85) 3033-2727 / 99125-7688;
- **E-mail:** licitacao@locmed.com.br;
- **Banco:** Banco: 001 – Banco do Brasil S.A Agência: 1369-2 Conta Corrente: 108.237-X

Dados do Representante Legal para assinatura do Contrato:

- Carlos Alberto Mendes Sousa, brasileiro, casado, promotor de vendas; RG: 278.170-81 -SSP/CE; CPF: 212.086.623-68 - Residente rua Aymar Rodrigues nº46, Maraponga-Fortaleza-CE, CEP 60711-110
- **Telefone/Celular:** (85) 3033-2727 / 99125-7688;
- **E-mail:** licitacao@locmed.com.br;

Condições gerais da proposta:

- **Validade da proposta:** até 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.
- **Execução do serviço:** em até 48 (quarenta e oito) horas (conforme termo de referência)

LOTE ÚNICO						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	CONCENTRADORES DE OXIGENIO: Fluxo variável de 0,5 a 5L/ min (cinco litros por minuto) filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de	SV	360	Philips/ Everflo	R\$ 250,00	R\$ 90.000,00

	oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 220 v/60hz. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador. Anvisa do equipamento nº 10216710219 Acessórios: Cânula nasal c/ extensor (JG Moriya) Anvisa: 10349590031 Copo Umidificador (JG Moriya) Anvisa: 10349590075					
2	CONCENTRADOR DE OXIGENIO — 1 OLPM - Locação de Kit composto por: locação de concentrador de oxigênio dotado de: fluxo variável de 1 a 10L/min (dez litros por minutos). Filtros para remoção de poeira, bactérias e outras partículas, sistema de alarme para indicação de defeitos e intercorrências, como queda de pressão, falha elétrica e concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operações, móvel montado sobre rodízios, alimentação elétrica de 110v/60hz com transformador ou 220v. Incluso cânula nasal com extensor e copo umidificador. Anvisa do equipamento nº 81278590019 Acessórios: Cânula nasal c/ extensor (JG Moriya) Anvisa: 10349590031 Copo Umidificador (JG Moriya) Anvisa: 10349590075	SV	24	Yuwell/ 7F-10W (220v)	R\$ 254,83	R\$ 6.115,92
3	LOCAÇÃO DE CPAP — faixa de pressão de 4 cm H2O a 20 cm H2O; Ajuste clínico na display ; Rampa de 0 a 45 minutos; 110/240 Wts automático, incluindo os seguintes acessórios por equipamento, que serão fornecidos durante o período de vigência do contrato: 01 (uma) máscara nasal ou oronasal em silicone com traquéia (de acordo com a necessidade de adaptação de cada paciente). E ainda, um profissional fisioterapeuta da empresa vencedora deverá acompanhar a instalação dos aparelhos nos locais determinados. Anvisa do equipamento nº 10219710331 Acessórios:	SV	18	Philips/ Dreamsta tion Auto	R\$ 183,00	R\$ 3.294,00

	Umidificador Aquecido (Philips) Anvisa: 10219710331 Máscara Facial (Gaslive) Anvisa: 81278590022 Máscara Nasal (Gaslive) Anvisa: 81278590021 Traquéia (Ventcare) Anvisa: 80677040002					
4	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL Equipamento: ventilação de volume controlado ou de pressão controlada através de métodos não invasivos ou invasivos com compensação avançada de fugas. Opção de mudança de prescrição do paciente. Para atender as necessidades de pacientes adultos e pediátricos (5 kg). Suporte de pressão garantida de volume médio. Bateria destacável com capacidade para 6 a 8h de autonomia contínua. Cartão de memória SD de 1 GB que armazena todos os dados de ventilação necessários. Quando configurado com o circuito de porta de expiração passivo, disponibilidade de que assegura sincronização otimizada paciente-ventilador e compensação de fuga automática avançada em ventilações invasivas e não invasivas para os modos de pressão e para os modos de volume. Principais Características: Modos de pressão (CPAP, S, ST, PC, T, PC- SIMV) Modos de volume (AC, CV, SIMV), Ventilação híbrida AVAPS, Prescrição dupla, Capacidade invasiva e não-invasiva, Para adultos e crianças (5 kg), IPAP: 4 a 50 cmH₂O, EPAP: 0 a 25 cmH₂O com válvula de expiração ativa 4 a 25 cmH₂O com porta de expiração passiva, PEEP: 0 a 25 cmH₂O com válvula de expiração ativa 4 a 25 cmH₂O com porta de expiração passiva, Suporte de pressão 0 a 30 cmH₂O, Volume corrente 50 a 2.000 ml, Frequência respiratória Até 60 BPM, Tempo inspiratório 0,3 a 3 segundos, Tempo de elevação I (100 ms) a 6 (600 ms). Peso aproximado 1 kg (com bateria removível), Alarmes ajustáveis: Desconexão do paciente, Apnéia, Volume corrente baixo/alto, Ventilação por minuto alta/baixa, Frequência respiratória	SV	36	Philips/Trilogy Evo	R\$ 2000,00	R\$ 72.000,00

	alta/baixa, Pressão inspiratória alta/baixa , Monitoramento, Volume tidal expirado , Ventilação expirada por minuto, Taxa de fuga , Frequência respiratória , Pico do fluxo respiratório, Pico da pressão inspiratória, Relação I:E , Pressão média das via aéreas, Armazenagem de dados em cartão SD de 1GB. Acompanha: Umidificador aquecido, máscara facial ou nasal com dupla camada em silicone com cotovelo de conexão girando 360° válvula de exalação e fixador cefálico com suporte de velcro de 04 pontas; Circuito invasivo com duas traqueias, válvula exalatória, copo coletor de umidade, filtro bacteriológico. Anvisa do equipamento nº 10216710384 Acessórios: Umidificador aquecido (Globaltec) Anvisa: 80389130032 Jarra de Umidificação (fisher&Paykel) Anvisa: 81447959040 Máscara Facial (Gaslive) Anvisa: 81278590022 Máscara Nasal (Gaslive) Anvisa: 81278590021 Kit Circuito não invasivo (Ventcare) Anvisa: 80677040019 Filtro Bacteriológico (Philips) Anvisa: 10216719014					
5	CAMA HOSPITALAR 1004; Movimentos: Elevação de dorso, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado ; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antifemiginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3 Polegadas sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. Acompanhada de COLCHÃO HOSPITALAR D28; Anvisa nº 80413280006 Obs: Acompanha o colchão D28	SV	120	Santa Clara/ Cama Fowler	R\$ 180,00	R\$ 21.600,00

VALOR TOTAL/GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 193.009,92 (cento e noventa e três mil, nove reais e noventa e dois centavos)

DECLARAÇÃO DO LICITANTE:

- De que nos preços oferecidos, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, tributos, impostos, taxas, encargos, deslocamento de pessoal, entrega e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre o lote cotado, inclusive a margem de lucro;
- De que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Fortaleza-CE, 27 de Março de 2025.

**CARLOS ALBERTO
MENDES
SOUSA:21208662368**

Assinado digitalmente por CARLOS
ALBERTO MENDES SOUSA:21208662368
DN: cn=CARLOS ALBERTO MENDES
SOUSA:21208662368, c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=(em branco),
email=carlos.alberto@locmed.com.br
Data: 2025.03.27 17:16:38 -03'00'

**LOCMED HOSPITALAR LTDA
CARLOS ALBERTO MENDES SOUSA
PROMOTOR DE VENDAS
RG: 278.170-81
CPF: 212.086.623-68**